



Hospoom Equipamentos Hospitalares LTDA
 CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscricao Estadual: 10.366.017-8. Inscricao Municipal: 1992104
 Endereço: Rua 104 n 74 Sator Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241-5555

www.hospcom.net



CARE
 by HOSPCOM

NOSSA MISSÃO


Fornecer soluções na área médica, melhorando a saúde e sendo referência no mercado pela dedicação e cuidado com o bem-estar.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no fornecimento de soluções médicas inovadoras, impulsionando avanços na medicina e promovendo a excelência no atendimento.

NOSSOS VALORES

- Atitude de dono
- Melhoria contínua
- Respeito
- Sangue no olho
- Honestidade



PROPOSTA DE GOVERNO


Nº: 43857

À
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PIUM - TO
 CNPJ: 12.059.635/0001-43

DISPENSA DE LICITAÇÃO
419/2025
 Nº. Processo: 419/2025

hospcom

(62) 3241-5555 | www.hospcom.net
 Rua Cento e Quatro, Quadra F21 - 74083-300 - Goiânia - GO



Prezados Senhores,


A empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 05.743.288/0001-08 sediada na Rua 104, 74, Setor Sul, GOIANIA - Goiás, CEP: 74.083-300 tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta

Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)", que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
1	COD: 00011988 MONITOR MULTIPARÂMETRO	UMEC 12 (ECG, RESP, SP02, PNI, 02 TEMP.)	MINDRAY	BRL 5.249,00	3,00	BRL 15.747,00
	<p>A série uMEC contém monitores de pacientes que auxiliam a simplificar o fluxo de trabalho e melhorar a eficiência assistencial. O monitor fornece interface de usuário intuitiva para tornar aplicações mais rápidas e fáceis, sendo assim os profissionais de saúde necessitam de menos tempo de treinamento e têm mais tempo para o atendimento ao paciente. O objetivo dos monitores de pacientes da série uMEC é monitorar, exibir, revisar, armazenar e transferir múltiplos parâmetros fisiológicos, incluindo: ECG, frequência cardíaca (FC), respiração (Resp), temperatura (Temp), saturação de oxigênio de pulso (SpO2), frequência de pulso (FP), pressão sanguínea não invasiva (PNI) entre outros, atendendo as necessidades clínicas oferecendo assim uma medição precisa e estável de parâmetros essenciais para a monitorização em unidades hospitalares.</p> <p>O uMEC 12 é um monitor pré configurado que mantém elevados padrões de assistência médica através da análise de arritmia, análise ST, análise QT/QTc, temperatura (2 canais), exportação de dados via USB, conexão com Sistema Hospitalar através da GMS e acessórios compatíveis com toda linha de produtos Mindray.</p> <p>Características técnicas / físicas: Tipo: Pré configurado Dimensões: 345x160x255 mm Peso: 4 kg Tamanho da tela (diagonal): 12,1 Tipo de tela: LCD com retroiluminação e LED colorido Resolução: 800x600 pixels Tipo de bateria: Ion-lítio, recarregável. Autonomia da bateria: 4h. Armazenamento de dados: Tendências: 120 horas, em resolução de 1 min; Tendências de duração média: 4 horas, em resolução de 5 s; Tendências longas: 1200 horas, em resolução de 10 min. Alarques de parâmetros: 1800 alarques e formatos de onda com parâmetros relacionados. Eventos de arritmia: 128 eventos de arritmia e curvas e parâmetros relacionados. Medições de PNI: 1600 conjuntos.</p> <p>Parâmetros: ECG Proteção desfibrilação / eletrocirurgia Análise de Arritmia e ST Análise de QT Faixa de Leitura (bpm): 15 a 350 (neo/ ped) e 15 a 300 (adt) Resp Faixa de Leitura (rpm): 0 a 200 rpm Precisão: 0 rpm a 120 rpm: ±1 rpm / 121 rpm a 200 rpm: ±2 rpm Velocidade (mm/s): 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s NIBP Método: Oscilométrico Faixa (mmHg): 10 a 290</p>					



Tipo: Manual, Automático e STAT
 Medidas Auto (min): 1 a 480
 Precisão (mmHg): ± 5
 Freq Pulso pela PNI: 30 a 300
 Precisão pulso pela PNI: ± 3 bpm ou $\pm 3\%$
 SpO2
 Faixa de leitura (%): 0 a 100
 Precisão Spo2: 70% a 100% $\pm 2\%$
 Possui curva
 Pulso (bpm): 20 a 300
 Precisão pulso: $\pm 3\%$
 Índice de Perfusão com valor da medida
 Temp
 Número de Canais: 2
 Faixa de Leitura (°C): 0 a 50
 Precisão (°C): $\pm 0,1$

Acessórios:

- 1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS;
- 1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02;
- 1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO;
- 1 (UMA) EXTENSÃO DE AR;
- 1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO;
- 1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE;

*Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência.
 Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta.

• Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Nº. ANVISA: 80943610144.

2

COD: 00011988	UMEC 12 (ECG, RESP, SP02, PNI, MINDRAY	BRL	3,00	BRL
MONITOR	02 TEMP.)	5.249,00		15.747,00
MULTIPARÂMETRO				

A série uMEC contém monitores de pacientes que auxiliam a simplificar o fluxo de trabalho e melhorar a eficiência assistencial. O monitor fornece interface de usuário intuitiva para tornar aplicações mais rápidas e fáceis, sendo assim os profissionais de saúde necessitam de menos tempo de treinamento e têm mais tempo para o atendimento ao paciente. O objetivo dos monitores de pacientes da série uMEC é monitorar, exibir, revisar, armazenar e transferir múltiplos parâmetros fisiológicos, incluindo ECG, frequência cardíaca (FC), respiração (Resp), temperatura (Temp), saturação de oxigênio de pulso (SpO2), frequência de pulso (FP), pressão sanguínea não invasiva (PNI) entre outros, atendendo as necessidades clínicas oferecendo assim uma medição precisa e estável de parâmetros essenciais para a monitorização em unidades hospitalares.

O uMEC 12 é um monitor pré configurado que mantém elevados padrões de assistência médica através da análise de arritmia, análise ST, análise QT/QTc, temperatura (2 canais), exportação de dados via USB, conexão com Sistema Hospitalar através da CMS e acessórios compatíveis com toda linha de produtos Mindray

Características técnicas/físicas:

Tipo: Pré configurado
 Dimensões: 345x160x255 mm
 Peso: 4 kg
 Tamanho da tela (diagonal): 12,1
 Tipo de tela: LCD com retroiluminação e LED colorido
 Resolução: 800x600 pixels
 Tipo de bateria: Ion-lítio, recarregável.
 Autonomia da bateria: 4h

Armazenamento de dados: Tendências: 120 horas, em resolução de 1 min; Tendências de duração média: 4 horas, em resolução de 5 s; Tendências longas: 1200 horas, em resolução de 10 min.

Alarmes de parâmetros: 1800 alarmes e formatos de onda com parâmetros relacionados.

Eventos de arritmia: 128 eventos de arritmia e curvas e parâmetros relacionados. Medições de PNI: 1600 conjuntos.

Parâmetros:

ECG
 Proteção desfibrilação / eletrocirurgia
 Análise de Arritmia e ST
 Análise de QT
 Faixa de Leitura (bpm): 15 a 350 (neo/ped) e 15 a 300 (adt)
 Resp
 Faixa de Leitura (rpm): 0 a 200 rpm
 Precisão: 0 rpm a 120 rpm: ± 1 rpm / 121 rpm a 200 rpm: ± 2 rpm
 Velocidade (mm/s): 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s
 NIBP



Método: Oscilométrico
Faixa (mmHg): 10 a 290
Tipo: Manual, Automático e STAT
Medidas Auto (min): 1 a 480
Precisão (mmHg): ± 5
Freq Pulso pela PNI: 30 a 300
Precisão pulso pela PNI: ± 3 bpm ou $\pm 3\%$
SpO2
Faixa de leitura (%): 0 a 100
Precisão SpO2: 70% a 100% $\pm 2\%$
Possui curva
Pulso (bpm): 20 a 300
Precisão pulso: $\pm 3\%$
Índice de Perfusão com valor da medida
Temp
Número de Canais: 2
Faixa de Leitura (°C): 0 a 50
Precisão (°C): $\pm 0,1$

Acessórios:

1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS;
1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02;
1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO;
1 (UMA) EXTENSÃO DE AR;
1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO;
1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE;

*Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência

Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta.

• Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)..

Nº. ANVISA: 80943610144.

Imagens Ilustrativas.

Envio e manuseio: FUNDO DE SAÚDE DE PIUM - TO.

Valor total: BRL 31.494,00 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS).

O preço acima inclui o ICMS, II, IPI, PIS e COFINS às alíquotas vigentes na data de emissão desta proposta.

A menos que a COMPRADORA forneça a Hospcom o respectivo certificado de isenção, com antecedência razoável à data em que o(s) Equipamento(s) for(em) disponibilizado(s) para entrega, a Hospcom faturará a COMPRADORA com relação aos impostos relativos, e a COMPRADORA pagará os impostos de acordo com os termos da fatura.

2.2. Forma de pagamento

A condição de pagamento deverá ser assinalada conforme acordado entre Vendedora e Compradora.

Condições de pagamento: Transferência Bancária em 30 Dias.

2.2.1. Quando da liberação do(s) Equipamento(s) pela VENDEDORA, esta emitirá Nota Fiscal de Faturamento, nota esta que acompanhará o(s) Equipamento(s) no momento de entrega à COMPRADORA, na forma do presente.



2.2.2. A forma de pagamento estabelecida acima, n o poder  ser alterada sem que para isso exista uma pr via e expressa aprova o da VENDEDORA. A COMPRADORA, desde j , fica ciente e de acordo que qualquer altera o na forma de pagamento poder  ocasionar a revis o/reajuste do Pre o de Compra do(s) Equipamento(s), quando o caso.

2.2.3. A VENDEDORA envidar  seus melhores esfor os para entregar o(s) Equipamento (s) dentro do prazo acordado na presente proposta.

2.3. Condi es de entrega

2.3.1. Cabe   COMPRADORA preparar o Local de Instala o. A VENDEDORA considerar  que o local de Instala o j  esteja dispon vel no ato da assinatura da presente, e contar-se-  desta data o prazo para entrega da VENDEDORA, conforme abaixo mencionado no item 2.3.2.

2.3.2. Caso a COMPRADORA tenha a necessidade de prorrogar a data de libera o do local de instala o do(s) Equipamento (s) acima informada, esta dever  comunicar   VENDEDORA seu interesse por escrito, sendo que referida prorroga o dever  ser regulada por meio de aditamento a este documento, sendo certo ainda que essa prorroga o poder  ser requerida uma  nica vez e o prazo de prorroga o em nenhuma hip tese poder  ser superior a 30 (trinta) dias corridos.

Prazo de entrega de ENTREGA IMEDIATA, Contrata o do Frete por conta do Remetente (CIF).

Endere o de Faturamento: FUNDO DE SAUDE DE PIUM - TO, AV DIOGENES DE BRITO, 01, ALTO DA BOA VISTA, PIUM-TO, CEP: 77.570-000, Brasil.

Endere o de Entrega: FUNDO DE SAUDE DE PIUM - TO, PIUM-TO, Brasil.

3. Garantia

O(s) item(s) objeto desta proposta  (s)o) garantido(s) exclusivamente contra defeitos de fabrica o pelo per odo de 12 meses para equipamentos, 3 meses para acess rios.

Qualquer servi o relacionado   garantia do(s) item(s) que se fa a necess rio durante o per odo de garantia acima informado dever  ser solicitado pela COMPRADORA para o time de servi os da HOSPCOM. Solicita es de atendimento feitas atrav s de qualquer outro canal n o ser o consideradas v lidas, isentando-se a HOSPCOM de responsabilidade pelo n o atendimento.

4. Assist ncia t cnica

Com o objetivo de garantir a disponibilidade operacional e, conseq entemente, manter a produtividade do(s) Equipamento (s), desde j  fica facultado   COMPRADORA a op o de negociar e assinar com a INSTALADORA contrato de manuten o para o(s) Equipamento (s) ap s o t rmino do per odo de garantia dada pelo fabricante.

5. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida   Hospcom dentro deste mesmo prazo. Ap s o t rmino do prazo a Hospcom n o garantir  a manuten o dos pre os estabelecidos, bem como a disponibilidade do material e do servi o na forma descrita nesse documento.

Data de abertura: 14/04/2025 17:00.





Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscrição Estadual: 10.306-017-8. Inscrição Municipal: 1992104
Endereço: Rua 104 n 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241-5555

www.hospcom.net

Data de validade: 16/06/2025.

6. Dados bancários


Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 69869-5.

7. Declarações

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

8. Termo de aceite

Caso a presente conte com a aprovação de V.Sas., solicitamos a gentileza de nos devolver a segunda via desta, devidamente assinada por seu(s) representante(s) legal(is), incluindo, mas não se limitando ao item abaixo, rubricando todas as páginas.



Nome: Ana Paula Gonçalves Fagundes

RG: 4980958 PC/GO

CPF: 007.559.551-61

E-mail: licitacao@hospcom.net

Telefone: (62) 3241-5555

Notas

1. Esta proposta foi emitida em duas vias iguais;
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta;
3. Todos os campos do quadro acima são de preenchimento obrigatório pela COMPRADORA, sob pena de invalidade da proposta;
4. Não serão aceitas rasuras neste documento.



Hospcom

